



Instituto Nacional  
de Tecnología Industrial

Laboratorios: Avda. Gral. Paz entre Constituyentes y Albarellos, CC 157 - (B 1650 KNA) San Martín - Prov. de Buenos Aires, Rep. Argentina, Edificio N° 3 - Tel. : (005411) 4754 - 4141/45 - 4754-5151/55 - 4724-6200/6300/6400 - Fax: (005411) 4713-4140, e-mail: [cefismetro@inti.gov.ar](mailto:cefismetro@inti.gov.ar)



INTI  
CEFISMETRO

Centro de Investigación y  
Desarrollo en Física y Metrología

Premio Nacional a la Calidad 1999

## CERTIFICADO DE ENSAYO

Número: 6075, Unico

Página 1 de 1

Objeto: Diez (10) celdas de carga.

Fabricante: FLEXAR S.R.L.

Modelo: REACCION CVCC500; REACCION CVCC1000; REACCION CVCC1500; REACCION CTMB100; REACCION CVT30000; REACCION CMM10000; REACCION CCC100; REACCION CTGC500; REACCION CD20; REACCION CDL20.

Número de serie: 360189; 359288; 319412; 350952; 362116; 242477; 347461; 349478; 357793; 359510.

Determinaciones requeridas: Ensayo de hermeticidad y estanqueidad de acuerdo a la Norma IEC 60529.

Fecha de ensayo: 09/06/03

Fecha de emisión: 22/07/03

Cliente: FLEXAR S.R.L.

Santa Marta 1456, Villa Maipú, Pcia. de Bs.As.

Metodología empleada: De acuerdo a la Norma de ensayo.

### Resultados:


MUESTRA	CVCC500	CVCC1000	CVCC1500	CTMB100	CVT30000
SERIE N°	360189	359288	319412	350952	362116
CUMPLE	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67


MUESTRA	CMM10000	CCC100	CTGC500	CD20	CDL20
SERIE N°	242477	347461	349478	357793	359510
CUMPLE	IP67	IP67	IP67	IP66	IP66


### Observaciones

Las mediciones involucradas en este certificado están vinculadas a los patrones de medida mantenidos en el INTI según la legislación vigente, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren a las condiciones en que se realizaron las mediciones y/o ensayos. Temperatura ambiente (20 ± 2)°C.

  
CLAUDIO M. BONANNO  
U. T. LUMINOTECNIA  
INTI - CEFISMETRO

  
Ing. EDUARDO D. YASAN  
COORD. U. T. LUMINOTECNIA  
INTI - CEFISMETRO

  
Ing. RICARDO I. GARCIA  
DIRECTOR TECNICO  
INTI - CEFISMETRO

Los resultados consignados se refieren exclusivamente a la muestra recibida y el INTI declina toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se hiciere de este informe. Está prohibida la reproducción parcial del presente certificado.